

仕 様 書

1 購入品名及び数量等

番号	品名	規格・品番等	数量
1	マーカレスモーションキャプチャー用カメラ	(1)カメラシステム 同期撮影対応カメラ 6台以上 ・三次元動作解析に必要なカメラ間の同期精度が担保されていること。 ・歩行介助場面において、介助者と被介助者の二者を同時に撮影できること。 ・マーカレスモーションキャプチャ解析ソフト(Theia3D)に対応していること。 ・カメラのイメージセンサー有効画素数 1000万画素以上であること。 (2)設置機材 三脚 6台以上 ・高さ調整範囲がおおむね60～150cm以上であること ・最大長さ160cm以上であること 雲台 6台以上 ・カメラを三脚へ確実に固定可能であること 【参考品】 ・Theia3D用SonyカメラRX02(同期コントロールボックス/SDカード/接続ケーブル類付) 6 ・Theia3D用キャリブレーションボード(運搬ケース付き) 1 ・カメラ三脚/雲台 6 ・カメラ設置調整/取説・トレーニング 1	一式

特記事項

参考品以外の製品を納入することで参加を希望する者は、納入予定品一覧表に品名等を記載し、仕様を満たしていることを確認することができる資料と共に、一般競争入札参加資格確認申請書に添付して提出すること。

納品日等については、事前に担当者と打ち合わせの上、その指示に従うこと。

納品時に施設、設備等に損害を与えた場合は、受注者の負担により原状復帰すること。

納品後、不要な梱包材等は受注者の負担で引き取ること。

臨床現場へ持ち運び、設置・撤収が可能であること。

解析に必要なキャリブレーションおよびカメラセッティングが実施可能であること。

導入時に、カメラ間同期の確認、適切なカメラ配置、画角設定、キャリブレーション方法について、専門業者による設置調整及び取扱説明ができること。

導入前に担当教員と打ち合わせを行い、その指示に従うこと。

2 納入場所

千葉県千葉市中央区仁戸名町645番1
千葉県立保健医療大学 仁戸名キャンパス

3 履行期限

令和8年10月31日