

【印西市】

がん検診(胃がん・X線)チェックリスト 検診機関別回答一覧

1. 受診者への説明(検診の際、あるいはそれに先立って受診者全員に対して行う説明)

	1 千葉 ニュータウ ンサザン クリニック	2 千葉 ニュータウ ンクリニック	3 成田富里 徳洲会病 院	4 医療法人 社団 珠 光会 印 西診療所	5 千葉新都 市ラバーン クリニック	6 医療法人 平成博愛 会 印西 総合病院 健診セン ター	7 齊藤おとな &こどもク リック	8 医療法人 社団雅厚 生会 ラー バン駅前ク リニック	9 医療法人 社団創造 会 平和 台病院	実 施 (○) 計	実 施 率
(1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	100.0%
(2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	100.0%
(3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	100.0%
(4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	100.0%
(5)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	100.0%
(6)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	100.0%

2. 問診、胃部エックス線撮影の精度管理

(1)	検診項目は、問診に加え、胃部エックス線検査 [*] としましたか <small>※受診者が、胃部エックス線検査または胃内視鏡検査のうち、胃部エックス線検査を選択した場合</small>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	100.0%
(2)	問診は現在の症状、既往歴、家族歴、過去の検診の受診状況等を聴取しましたか	△	○	○	○	○	○	○	○	○	8	88.9%
(3)	問診記録は少なくとも5年間は保存していますか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	100.0%
(4)	胃部エックス線撮影の機器の種類を仕様書 [*] で明らかにし、撮影機械の基準は日本消化器がん検診学会の定める仕様 基準 ^{注1} を満たしていましたか <small>※仕様書とは委託元市区町村との契約時に提出する書類のことです（仕様書以外でも何らかの形で委託元市区町村に報告していなければよい）。</small>	○	○	×	○	○	○	○	○	○	8	88.9%
(5)	胃部エックス線撮影の枚数は最低8枚 [*] とし、仕様書にも撮影枚数を明記していましたか <small>※7枚の場合は本調査では×と回答してください。 ※実施設（もしくは医師会等）が仕様書に最低8枚と明記し、かつ、実施設が仕様書内容を遵守している場合に○と回答してください。</small>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	100.0%
(6)	胃部エックス線撮影の体位及び方法は日本消化器がん検診学会の方式 ^{注1} によるものとし、仕様書に体位及び方法を明記していましたか <small>※実施設（もしくは医師会等）が仕様書に明記した撮影方法・体位が学会方式に準じており、 ※造影剤の濃度管理及び副作用防止体制整備の両方が実施されていれば○と回答してください。</small>	○	○	×	○	○	○	○	○	○	8	88.9%
(7)	胃部エックス線撮影において、造影剤の使用に当たっては、その濃度を適切に（180~220W/V%の高濃度バリウム、120~150mlとする）保つとともに、副作用等の事故に注意していましたか <small>※造影剤の濃度管理及び副作用防止体制整備の両方が実施されていれば○と回答してください。</small>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	100.0%
(8)	胃部エックス線撮影に携わった技師は、日本消化器がん検診学会が認定する胃がん検診専門技師の資格を取得していましたか <small>※撮影技師が不在で医師が撮影している場合は回答不要です。 回答欄にハイフン（-）を入力してください（空欄にしないでください）。</small>	-	-	×	×	×	○	-	×	×	1	16.7%
(9)	自治体や医師会等から求められた場合、胃部エックス線撮影に携わった技師の全数と日本消化器がん検診学会認定技師数を報告しましたか <small>※撮影技師が不在で、医師が撮影している場合、また今年度特に報告を求められなかった場合は回答不要です。 回答欄にハイフン（-）を入力してください（空欄にしないでください）。</small>	-	-	-	○	-	○	-	○	○	4	100.0%

3. 胃部エックス線読影の精度管理

(1)	自治体や医師会等から求められた場合、読影全数と日本消化器がん検診学会認定医数もしくは総合認定医数を報告しましたか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	100.0%
(2)	読影は二重読影とし、原則として判定医の一人は日本消化器がん検診学会認定医もしくは総合認定医でしたか	×	○	○	×	×	○	○	△	○	5	55.6%
(3)	必要に応じて過去に撮影したエックス線写真と比較読影していましたか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	100.0%
(4)	胃部エックス線画像は少なくとも5年間は保存していますか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	100.0%
(5)	胃部エックス線による検診結果は少なくとも5年間は保存していますか	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	100.0%

4. システムとしての精度管理

(1)	受診者への結果の通知・説明、またはそのための市区町村への結果報告は、遅くとも検診受診後4週間以内 [*] になされましたか <small>※市区町村を介して受診者に結果を通知する場合は、市区町村に遅くとも4週間以内に通知していれば○です。</small>	○	○	×	○	○	○	○	○	○	8	88.9%
(2)	がん検診の結果及びそれに関わる情報 [*] について、市区町村や医師会等から求められた項目を全て報告しましたか <small>※地域保健・健康増進事業報告(注2)に必要な情報を指します。</small>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	100.0%
(3)	精密検査方法及び、精密検査(治療)結果 [*] (内視鏡診断や生検結果、内視鏡的治療または外科手術所見と病理組織検査結果など)について、市区町村や医師会から求められた項目の積極的な把握に努めましたか <small>※地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指します。</small>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	100.0%
(4)	撮影や読影向上のための検討会や委員会 [*] (自施設以外の胃がん専門家※※を交えた会)を設置していますか。もしくは、市区町村や医師会等が設置した検討会や委員会に参加しましたか <small>※内視鏡では、胃内視鏡検査運営委員会（仮称）、もしくはそれに相当する組織を指します。 ※※当該検診機関に雇用されていない胃がん検診専門家を指します。</small>	○	○	×	×	×	×	△	○	×	3	33.3%
(5)	自施設の検診結果について、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度等のプロセス指標値を把握しましたか [*] <small>※・本調査では^{令和2年度のプロセス指標値}について回答してください。 ・貴施設単独で算出できない指標値は、自治体等と連携して把握してください。また自治体等が集計した指標値を後から把握することも可です。</small>	○	○	-	○	○	○	○	○	○	8	100.0%
(6)	プロセス指標値やチェックリストの遵守状況に基づいて、自施設の精度管理状況を評価し、改善に向けた検討を行っていますか。あるいは、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会、市区町村、医師会等から指導・助言等があった場合は、それを参考にして改善に努めましたか	○	○	△	×	○	○	○	○	○	7	77.8%

調査項目1~4の合計

(1)	回答(○, ×)項目数	23	24	23	26	25	26	23	25	26
(2)	実施(○)の項目数	22	24	18	22	22	25	23	24	24
(3)	未実施(×)、実施予定(△)	2	0	6	4	3	1	1	2	2
(4)	調査対象外(ー)の項目数	2	2	2	0	1	0	2	0	0
(5)	評価(未記入は×とみなします)	B	A	B	B	B	B	B	B	B

*各検診機関において、胃がん(X線検査)検診の取組状況を調査票に基づき自己評価したものであり、第三者により客観的に評価したものではありません。