

8 滅菌を施さなければならない医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。	適用（該当する場合）	要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。	医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令（平成 16 年厚生労働省令第 169 号）
9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならない。使用前に滅菌を施さなければならない医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合の包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。	適用（該当する場合）	要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。	医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令（平成 16 年厚生労働省令第 169 号）
10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによってそれぞれが区別できるようにしなければならない。	適用（該当する場合）	認知された規格に従つてリスク管理が計画・実施されていることを示す。	JIS T 14971：医療機器—リスクマネジメントの医療機器への適用

（製造又は使用環境に対する配慮）

医療機器が、他の医療機器又は体外診断薬又は装置と組み合わせて使用される場合、接続系を含めたすべての組み合わせは、安全であり、各医療機器又は体外診断薬が持つ性能が損なわれないようにしなければならない。組み合わされる場合、使用上の制限事項は、直接表示するか添付文書に明示しておかなければならぬ。	適用（該当する場合）	認知された規格の該当する項目に適合していることを示す。 認知された規格に従つてリスク管理が計画・実施されていることを示す。 使用に際して必要な情報が提供されていることを示す。	JIS T 0601-1-1：医用電気機器 第1部：安全に関する一般的要件 第1節：副通則 医用電気システムの安全要件 JIS T 14971：医療機器—リスクマネジメントの医療機器への適用 医療機器の添付文書の記載要領について（薬食発第 0310003 号 平成 17 年 3 月 10 日）
第9条 医療機器については、次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去又は低減されるように設計及び製造されなければならない	適用（該当する場合）	認知された規格に従つてリスク管理が計画・実施されていることを示す。	JIS T 14971：医療機器—リスクマネジメントの医療機器への適用
一 物理的特性に関連した傷害の危険性	適用（該当する場合）	認知された規格の該当する項目に適合していることを示す。	JIS T 0601-1：医用電気機器 第1部：安全に関する一般的要件 21 機械的強度 22 動く部分 23 表面、角及び縁 24 正常な使用時における安定性
二 合理的に予測可能な外界からの影響又は環境条件に関連する危険性	適用（該当する場合）	認知された規格に従つてリスク管理が計画・実施されていることを示す。	JIS T 14971：医療機器—リスクマネジメントの医療機器への適用

			<p>認知された規格の該当する項目に適合していることを示す。</p>	JIS T 0601-1 : 医用電気機器 第1部 : 安全に関する一般的要件事項 10.2.2 電源(電源電圧の変動) 49 電源の遮断
三 通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性	適用(該当する場合)		<p>認知された規格に従つてリスク管理が計画・実施されていることを示す。</p>	JIS T 0601-1-2 : 医用電気機器 第1部 : 安全に関する一般的要件事項—第2節：副通則—電磁両立性—要求事項及び試験 36 電磁両立性
四 物質が偶然医療機器に侵入する危険性	適用(該当する場合)		<p>認知された規格に従つてリスク管理が計画・実施されていることを示す。</p>	JIS T 14971 : 医療機器—リスクマネジメントの医療機器への適用
五 検体を誤認する危険性	不適用		<p>検体を扱う機器ではない。</p>	JIS T 14971 : 医療機器—リスクマネジメントの医療機器への適用
六 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性	適用(該当する場合)		<p>認知された規格に従つてリスク管理が計画・実施されていることを示す。</p>	JIS T 0601-1 : 医用電気機器 第1部 : 安全に関する一般的要件事項 56.11 d) 液体の侵入
七 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性	適用(該当する場合)		<p>認知された規格に従つてリスク管理が計画・実施されていることを示す。</p>	JIS T 14971 : 医療機器—リスクマネジメントの医療機器への適用
2 医療機器は、通常の使用及び单一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されていなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質に接触して使用される医療機器については、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。	適用(該当する場合)		<p>認知された規格の該当する項目に適合していることを示す。</p>	JIS T 0601-1-2 : 医用電気機器 第1部 : 安全に関する一般的要件事項—第2節：副通則—電磁両立性—要求事項及び試験 36 電磁両立性
3 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されていなければならない。	不適用		<p>一般的な医療産業廃棄物であり、特別な廃棄手続きを必要とする機器ではない。</p>	JIS T 0601-1 : 医用電気機器 第1部 : 安全に関する一般的要件事項 42 過度の温度 43 火事の防止

(測定又は診断機能に対する配慮)			
第10条 測定機能を有する医療機器は、その不正確性が患者に重大な悪影響を及ぼす可能性がある場合、当該医療機器の使用目的に照らし、十分な正確性、精度及び安定性を有するよう、設計及び製造されていなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。	適用（該当する場合）	認知された規格に従つてリスク管理が計画・実施されていることを示す。	JIS T 14971：医療機器一リスクマネジメントの医療機器への適用
2 診断用医療機器は、その使用目的に応じ、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を得られるように設計及び製造されていなければならない。設計にあたっては、感度、特異性、正確性、反復性、再現性及び既知の干渉要因の管理並びに検出限界に適切な注意を払わなければならない。	適用（該当する場合）	要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。	医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令（平成16年厚生労働省令第169号）
3 診断用医療機器の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の遡及性は、品質管理システムを通して保証されなければならない。	適用（該当する場合）	要求項目を包含する認知された基準に適合することを示す。	医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令（平成16年厚生労働省令第169号）
4 測定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。	適用（該当する場合）	認知された規格に従つてリスク管理が計画・実施されていることを示す。	JIS T 14971：医療機器一リスクマネジメントの医療機器への適用
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならない。	適用（該当する場合）	認知された規格に従つてリスク管理が計画・実施されていることを示す。	JIS T 14971：医療機器一リスクマネジメントの医療機器への適用
(放射線に対する防御)			
第11条 医療機器は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者への放射線被曝が合理的、かつ適切に低減するよう設計、製造及び包装されていなければならない。	不適用	放射線を照射する機器ではない。	
2 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特定の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によって制御できるように設計されていなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならない。	不適用	放射線を照射する機器ではない。	
3 医療機器が、潜在的に障害発生の恐れのある可視又は不可視の放射線を照射するものである場合において	不適用	放射線を照射する機器ではない。	

は、必要に応じ照射を確認できる視覚的表示又は聴覚的警報を具備していなければならない。			
4 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を可能な限り軽減するよう設計及び製造されていなければならない。	不適用	放射線を照射する機器ではない。	
5 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに据付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。	不適用	放射線を照射する機器ではない。	
6 電離放射線を照射する医療機器は、必要に応じ、その使用目的に照らし、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布（又は線質）を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。	不適用	電離放射線を照射する機器ではない。	
7 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されていなければならない。	不適用	電離放射線を照射する機器ではない。	
8 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ、放射線ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されなければならない。	不適用	電離放射線を照射する機器ではない。	
(能動型医療機器に対する配慮)			
第12条 電子プログラムシステムを内蔵した医療機器は、ソフトウェアを含めて、その使用目的に照らし、これらのシステムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されていなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、実行可能な限り、当該故障から派生する危険性を適切に除去又は軽減できるよう、適切な手段が講じられていなければならない。	適用（該当する場合）	認知された規格の該当する項目に適合していることを示す。 認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。	JIS T 0601-1：医用電気機器 第1部：安全に関する一般的な要求事項 52 異常作動及び故障状態 JIS T 14971：医療機器—リスクマネジメントの医療機器への適用
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられていなければならない。	適用（該当する場合）	認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。	JIS T 14971：医療機器—リスクマネジメントの医療機器への適用
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。	適用（該当する場合）	認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。	JIS T 14971：医療機器—リスクマネジメントの医療機器への適用

4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。	不適用	臨床パラメータをモニタする機器ではない。	
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なう恐れのある電磁的干渉の発生リスクを合理的、かつ適切に低減するよう設計及び製造されなければならない。	適用（該当する場合）	認知された規格の該当する項目に適合していることを示す。	JIS T 0601-1-2 : 医用電気機器 第1部：安全に関する一般的要求事項—第2節：副通則—電磁両立性—要求事項及び試験 36.201 エミッഷョン
6 医療機器は、意図された方法で操作するために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するよう設計及び製造されなければならない。	適用（該当する場合）	認知された規格の該当する項目に適合していることを示す。	JIS T 0601-1-2 : 医用電気機器 第1部：安全に関する一般的要求事項—第2節：副通則—電磁両立性—要求事項及び試験 36.202 イミュニティ
7 医療機器が製造販売業者等により指示されたとおりに正常に据付けられ及び保守されており、通常使用及び单一故障状態において、偶発的な電撃リスクを可能な限り防止できるよう設計及び製造されなければならない。	適用（該当する場合）	認知された規格の該当する項目に適合していることを示す。	JIS T 0601-1 : 医用電気機器 第1部：安全に関する一般的要求事項 7 電源入力 13 一般 14 分類に関する要求事項 15 電圧及び／又はエネルギーの制限 16 外装及び保護カバー 17 分離 18 保護設置、機能設置及び等電位化 19 連続漏れ電流及び患者測定電流 20 耐電圧

(機械的危険性に対する配慮)

第13条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関連する機械的危険性から、患者及び使用者を防護するよう設計及び製造されなければならない。	適用（該当する場合）	認知された規格の該当する項目に適合していることを示す。	JIS T 0601-1 : 医用電気機器 第1部：安全に関する一般的要求事項 21 機械的強度 22 動く部分 23 表面、角及び縁 24 正常な使用時における安定性
2 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を実行可能な限り最も低い水準に低減するよう設計及び製造されなければならない。	適用（該当する場合）	認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。	JIS T 14971 : 医療機器—リスクマネジメントの医療機器への適用
3 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、可能な限り最も低水準に抑えるよう設計及び製造されなければならない。	適用（該当する場合）	認知された規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。	JIS T 14971 : 医療機器—リスクマネジメントの医療機器への適用
4 使用者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のあるすべての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されなければならない。	適用（該当する場合）	認知された規格の該当する項目に適合していることを示す。	JIS T 0601-1 : 医用電気機器 第1部：安全に関する一般的要求事項 56.3 a) 接続機の構造

5 医療機器のうち容易に触れるこ のできる部分（意図的に加熱又は一 定温度を維持する部分を除く。）及び その周辺部は、通常の使用において、 潜在的に危険な温度に達することの ないようにしなければならない。	適用（該当 する場合）	認知された規格の該当 する項目に適合してい ることを示す。	JIS T 0601-1：医用電気機器 第1部： 安全に関する一般的要件事項 42 過度の温度
(エネルギーを供給する医療機器に対する配慮)			
第14条 患者にエネルギー又は物質 を供給する医療機器は、患者及び使 用者の安全を保証するため、供給量 の設定及び維持ができるよう設計及 び製造されていなければならない。	適用（該当 する場合）	認知された規格に従つ てリスク管理が計画・実 施されていることを示 す。	JIS T 14971：医療機器—リスクマネジ メントの医療機器への適用
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れの ある不適正なエネルギー又は物質の 供給を防止又は警告する手段が具備 され、エネルギー源又は物質の供給 源からの危険量のエネルギーや物質 の偶発的な放出を可能な限り防止する 適切な手段が講じられていなけれ ばならない。	適用（該当 する場合）	認知された規格に従つ てリスク管理が計画・実 施されていることを示 す。	JIS T 14971：医療機器—リスクマネジ メントの医療機器への適用
3 医療機器には、制御器及び表示器 の機能が明確に記されていなければ ならない。操作に必要な指示を医療 機器に表示する場合、或いは操作又 は調整用のパラメータを視覚的に示 す場合、これらの情報は、使用者（医 療機器の使用にあたって患者の安全 及び健康等に影響を及ぼす場合に限 り、患者も含む。）にとって、容易に 理解できるものでなければならな い。	適用（該当 する場合）	認知された規格に従つ てリスク管理が計画・実 施されていることを示 す。	JIS T 14971：医療機器—リスクマネジ メントの医療機器への適用
(自己検査医療機器等に対する配慮)			
第15条 自己検査医療機器又は自己 投薬医療機器（以下「自己検査医療 機器等」という。）は、それぞれの使 用者が利用可能な技能及び手段並び に通常生じ得る使用者の技術及び環 境の変化の影響に配慮し、用途に沿 って適正に操作できるように設計及 び製造されていなければならない。	不適用	自己検査医療機器又は 自己投薬機器ではない。	
2 自己検査医療機器等は、当該医療 機器の取扱い中、検体の取扱い中（検 体を取り扱う場合に限る。）及び検査 結果の解釈における誤使用の危険性 を可能な限り低減するように設計及 び製造されていなければならない。	不適用	自己検査医療機器又は 自己投薬機器ではない。	
3 自己検査医療機器等には、合理的 に可能な場合、製造販売業者等が意 図したように機能することを、使用 にあたって使用者が検証できる手順 を含めておかなければならぬ。	不適用	自己検査医療機器又は 自己投薬機器ではない。	

(製造業者・製造販売業者が提供する情報)			
使用者には、使用者の訓練及び知識の程度を考慮し、製造業者・製造販売業者名、安全な使用法及び医療機器又は体外診断薬の意図した性能を確認するために必要な情報が提供されなければならない。この情報は、容易に理解できるものでなければならない。	適用	<p>使用に際して必要な情報が提供されていることを示す。</p> <p>認知された基準、規格に適合することを示す。</p> <p>認知された規格に従つてリスク管理が計画・実施されていることを示す。</p>	<p>医療機器の添付文書の記載要領について（薬食発第 0310003 号 平成 17 年 3 月 10 日）</p> <p>JIS T 0601-1 医用電気機器 第 1 部：安全に関する一般の要求事項 6. 標識、表示及び文書</p> <p>JIS T 14971：医療機器—リスクマネジメントの医療機器への適用</p>
(性能評価)			
第 16 条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）その他関係法令の定めるところに従つて収集されなければならない。	適用	認知された基準に従つてデータが収集されたことを示す。	医療機器の製造販売認証申請について（薬食発第 0331032 号 平成 17 年 3 月 31 日）第 2 の 1 別紙 2
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令（平成十七年厚生労働省令第三十六号）に従つて実行されなければならない。	不適用	臨床試験を必要とする機器ではない。	